

jméno:

číslo vzorku:

VÝSLEDKY

teplota	°C		pro výpočet amoniaku
kyslík	%		sonda a stanovení winklerova metoda
pH			sonda a směsný indikátor
VODIVOST	mS.m ⁻¹		sonda
CO ₂	mg.l ⁻¹		výpočet z alkality, pH, teploty
KNK	mmol.l ⁻¹		standardní metoda
BSK ₅	mg.l ⁻¹		standardní metoda
TOC	mg.l ⁻¹		komerční set
CHSK Mn	mg.l ⁻¹		standardní metoda
CHSK Cr	mg.l ⁻¹		komerční set
N-NH ₄	mg.l ⁻¹		standardní metoda a komerční set
NH ₃	mg.l ⁻¹		výpočet
N-NO ₃	mg.l ⁻¹		standardní metoda a komerční set
N-NO ₂	mg.l ⁻¹		standardní metoda a komerční set
Nc	mg.l ⁻¹		komerční set
Pc	mg.l ⁻¹		komerční set
P-PO ₄ ³⁻	mg.l ⁻¹		standardní metoda a komerční set
Tvrdost	mmol.l ⁻¹		standardní metoda
Tvrdost přechodná	mmol.l ⁻¹		výpočet
Tvrdost trvalá	mmol.l ⁻¹		výpočet
Cl ⁻	mg.l ⁻¹		fotometrická metoda
SO ₄	mg.l ⁻¹		komerční set
Fe	mg.l ⁻¹		komerční set
Ca ²⁺	mg.l ⁻¹		standardní metoda
Mg ²⁺	mg.l ⁻¹		komerční set a výpočet
K ⁺	mg.l ⁻¹		komerční set
Na ⁺	mg.l ⁻¹		komerční set
Chlorofyl a	µg.l ⁻¹		standardní metoda (zvláštní vzorek)